

Inhalt	Seite
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen.....	5
3 Grundsätzliche Anforderungen.....	5
3.1 Einsatzbedingungen in Fernwärmeschächten und -kanälen.....	5
3.2 Organisatorische Maßnahmen.....	5
Literaturhinweise	7

Einleitung

Diese Überarbeitung ersetzt die Fassung Dezember 2016.

In diesem Arbeitsblatt sind die einzuhaltenden technischen und organisatorischen Voraussetzungen beschrieben, um bei Schacht-/Kanalatmosphärenmessung in der Fernwärme auf den arbeitstäglichen Anzeigetest mit Prüfgas nach DGUV Information 213-057 bzw. DGUV Information 213-056 verzichten zu können.

Gegenüber der Ausgabe Dezember 2016 sind in der vorliegenden Fassung verschiedene Hinweise auf mitgeltende Regelwerksbausteine aktualisiert und redaktionelle Konkretisierungen vorgenommen worden. Da diese Änderungen nicht substantieller Art sind, wurde auf die Entwurfsveröffentlichung dieser Fassung verzichtet.